

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Костромской области»

156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 118-а. <http://www.kostandard.ru>
Телефон (4942) 42-80-11, 42-80-15 Факс (4942) 42-05-11 E-mail: kesm@kosnet.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 357/105

Действительно до
«15» мая 2018 г.

Средство измерений: Теплосчётчик Эско-Т-1 (состав см. оборот)

наименование, тип (если в состав средства измерений

имеются)
Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер

заводской № 4558

принадлежащее: Ветлечебница г.Волгореченск

наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено в соответствии с «ЭСКО.23367.009 МП»

наименование и номер документа, на методику поверки

при следующих значениях влияющих факторов: в соотв. с ГОСТ 8.395-80

приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

признано пригодным к применению



Руководитель подразделения А.М.Воловик

Поверитель М.Л.Тарасов

подпись Фамилия И.О

«15» мая 2014г.

005106



Поверено с применением эталонов:

Установка стационарная поверочная расходомерная «Спрут-50»	0,03...50 м ³ /ч	ПГ ± 0,15 %
Магазин сопротивлений Р4831	0,001... 111111 Ом	КТ 0,02/2·10 ⁻⁶
Вольтметр В7-40	10 мкВ...1000 В 0,01 мкА...2 А 0,01 Ом... 2000 кОм	ПГ ± 0,05 % ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,15 %
Частотомер электронно-счетный вычислительный ЧЗ-64/1	0,005 Гц... 1500 МГц	ПГ ± 5·10 ⁻⁷ за год

Состав теплосчетчика:

Наименование	Обозначение	Заводской №
Тепловычислитель	Эско-Т-1	4558
Преобразователь расхода	ПРЭ-15	7619
Комплект термосопротивлений	КТС-Б	16996

Результаты поверки:

Соответствует метрологическим характеристикам, указанным в эксплуатационной документации и описании типа № **23143-02** по Госреестру СИ.

Поверитель



Тарасов М.Л.